

Wir, Firma **X-CEN-TEK GmbH & Co. KG**, Westerburger Weg 30 - 26203 Wardenburg, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte der Produktgruppe

**PAX Vakuum - Zubehör**

mit der **Basis UDI-DI: 426074548 0169013013019 YU**

den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte und gegebenenfalls weiteren einschlägigen Rechtsvorschriften der Union entsprechen.

<b>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte</b>			
<b>Handelsname</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>Handelsname</b>	<b>Artikel Nr.</b>
PAX Fixiergurt Set -Vakuumschiene - Ellenbogen	274731110	PAX Fixiergurt Set - Vakuumschiene - rec	165121110
PAX Fixiergurt Set -Vakuumschiene - Bein	274751110	PAX Fixiergurt Set - Vakuumschiene - Unterarm	274741110
PAX Fixiergurt Set -Vakuummattzen	157004200	PAX Griffset - Vakuummattzen (10 Griffe)	156990008
PAX Fixiergurt Set TPU-Vakuummattzen	283643000	PAX Griffset - Vakuummattzen (2Griffe)	162420008
PAX Kopffixierung Set - Vakuummattze (10er Set)	274981508	PAX Vakuumpumpe - Hand	270890003
PAX Kopffixierung -Vakuummattze	160881508	PAX Vakuumpumpe – Hand S	286320003
PAX Vakuumventil mit Adapter für Fingertip	274270000	PAX Vakuumpumpe - Fuß	273130003
PAX Vakuumventil - Mattze und Schiene	26868	PAX Reparaturaufkleber Vakuum	15751000
PAX Sicherungsschlaufe Vakuum Ventil	268790303	PAX Adapter T-Stück für Kopffixierung	164244203

**Zweckbestimmung der Produktgruppe:** Zubehör zu den PG - PAX Vakuumschienen und PAX Vakuummattzen.

Nach Anhang VIII, Regel 1 MDR handelt es sich bei allen Produkten der Produktgruppe um Medizinprodukte der Klasse 1. Die anwendbaren grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen nach Anhang I MDR werden erfüllt. Ein Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang II & III MDR wurde durchgeführt.

**Anwendbare harmonisierte Normen**, nationale Normen oder andere regulatorische Dokumente:  
**EN ISO 13485** – Medizinprodukte – Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen für regulatorische Zwecke  
**EN ISO 14971** – Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte  
**EN 1865-1** – Krankentransportmittel im Krankenkraftwagen

Diese EU-Konformitätserklärung ist gültig bis zum **25.05.2029**



Wardenburg, den 22.05.2026

Dr. med. Thomas Castner  
 Stv. PRRC nach Art.15 MDR

**SRN** des Herstellers: DE-MF-000009521